

۶۵۵/۱۵۹۲۹۴
۱۳۹۵، ۱۰، ۲۵

عنوان	استانداردهای فضای فیزیکی مراقبت های دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی بیمارستانها		
شماره	۶۵۵/۱۵۹۲۹۴	تاریخ شروع اجرا	۹۵/۱۱/۱
شماره بازنگری	.	تاریخ اعتبار	۹۷/۱۱/۱

استاندارد فضای فیزیکی مراقبت های دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی بیمارستان

<http://treatment.tbzmin.ac.ir/>

تصویب کننده	تایید کننده	تهیه کننده	سمت
معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر رسول دیناروند	مدیرکل دفتر ارزیابی و کنترل تجویز و مصرف کالاهای سلامت دکتر سحرناز خیراندیش	مدیر داروخانه های بیمارستانی دکتر فاطمه ایزدیناه	نام

عنوان	استانداردهای فضای فیزیکی مراقبت های دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی بیمارستانها	
شماره	تاریخ شروع اجرا	۹۵/۱۱/۱
شماره بازنگری	تاریخ اعتبار	۹۷/۱۱/۱

• نشانه‌های دما باید در نقاطی قرار گیرند که احتمال حداکثر نوسانات در آن مناطق وجود دارد. محل هایی مناسب با تجهیزات کامل حرارتی و ثبت دما جهت نگهداری داروهای حساس به دما طبق جدول زیر ایجاد شود:

ردیف	نوع انبار	دما	توضیحات
۱	فریزر	۱۰- تا ۲۰- درجه سانتی گراد	برای بعضی از داروهای خاص مانند داروهای بیولوژیک و واکسینا
۲	سردخانه یا <i>Cold Place</i>	۸- تا ۲- درجه سانتی گراد	
۳	انبار خشک یا <i>Cool Place</i>	۱۵- تا ۸- درجه سانتی گراد	
۴	انبار معمولی یا <i>temperature room</i>	۲۵- تا ۱۵- درجه سانتی گراد	نوسان درجه حرارت این انبار می تواند بین ۳۰- تا ۱۵- درجه سانتی گراد باشد.

سمت	تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده
نام	مدیر داروخانه های بیمارستانی دکتر فاطمه ایزدپناه	مدیرکل دفتر ارزیابی و کنترل تجویز و مصرف داروهای سلامت دکتر سیدناز خیراندیش	معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر رسول دیناروند

عنوان			استانداردهای فضای فیزیکی مراقبت های دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی بیمارستانها
شماره		تاریخ شروع اجرا	۹۵/۱۱/۱
شماره بازنگری	۰	تاریخ اعتبار	۹۷/۱۱/۱

۷-۲. تقسیم بندی فضای انبار

الف- قسمت انبارش

این بخش شامل فضای کار و فضاهای زیر می باشد:

- فضای نگهداری داروها ، ملزومات و تجهیزات پزشکی
- فضای نگهداری فرآورده هایی که به محل سرد برای نگهداری نیاز دارند. مانند: اتاق سرد یا یخچال
- فضای نگهداری داروهای مخدر و تحت کنترل (داخل قفسه یا اتاق قفل دار)
- فضای نگهداری فرآورده هایی که تحت قرنطینه داروهای مرجوعی، ریکال، تاریخ گذشته و ضایعاتی می باشد.
- فضای فیزیکی داروهای سایتوتوکسیک ، بایوداروها، محلولهای شیمیایی و ضد عفونی کننده

ب- قسمت آماده سازی کالا قبل از انبارش

ج- قسمت آماده سازی کالا قبل از ارسال

د- قسمت نگهداری کارتن های خالی و سایر ادوات بسته بندی

ه- قسمت قاری: مدیریت مالی و اداری انبار شامل ثبت رایانه ای سفارشات، کنترل مصرف ارزیابی نیازها، بایگانی صورتحساب ها و گزارش ها در این قسمت انجام می شود.

* شایان ذکر است که انبار دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی بیمارستان میتواند در یک محل واحد و یا بیش از یک محل مستقر باشد. پدیدهی است رعایت این استاندارد در هر یک از انبارها الزامی است.

تصویب کننده	تایید کننده	تهیه کننده	سمت
معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر رسول دیناوند	مدیرکل دفتر ارزیابی و کنترل تجویز و مصرف کالاهای سلامت دکتر پرواز خیراندیش	مدیر داروخانه های بیمارستانی دکتر فاطمه ایزدپناه	نام

عنوان			استانداردهای فضای فیزیکی مراقبت های دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی بیمارستانها
شماره		تاریخ شروع اجرا	۹۵/۱۱/۱
شماره بازنگری	۰	تاریخ اعتبار	۹۷/۱۱/۱

۷-۳. حداقل مساحت های لازم جهت انبار دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی بر حسب تعداد تخت

(الف) تا تعداد ۶۴ تخت حداقل ۱۲۰ متر مربع (در صورت مجزا بودن، مجموع ۱۵۰ متر مربع)

(ب) بیمارستانهای بالای ۶۴ تخت به ازای هر تخت ۰/۵ متر مربع اضافه می شود.

۸. استانداردهای ساختار و فضای فیزیکی سایر قسمت های مراقبت های دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی بیمارستانها

۸-۱. واحد ساخت داروها و فرآورده های ترکیبی غیر استریل

در محل داروخانه، حداقل ۱۰ متر مربع فضا متناسب با حجم و نوع فعالیت بیمارستانی به صورت مجزا از فضای اصلی و در صورت نیاز در محلی خارج از داروخانه تحت نظر مسئول فنی می باشد. فراهم سازی امکانات لازم برای تهیه فرآورده های ترکیبی در این محل طبق ضوابط ضروری می باشد.

۸-۲. واحد ساخت و ترکیب فرآورده های استریل

مطابق با استاندارد اتاق تمیز ابلاغی از سوی سازمان غذا و دارو

۸-۳. اتاق تمیز ساخت فرآورده های شیمی درمانی

مطابق با استاندارد اتاق تمیز ابلاغی از سوی سازمان غذا و دارو

تصویب کننده	تایید کننده	تهیه کننده	سمت
معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو	مدیرکل دفتر ارزیابی و کنترل تجویز و مصرف کالاهای سلامت	مدیر داروخانه های بیمارستانی	نام
دکتر رسول دیناروند	دکتر محمد علی خیراندیش	دکتر فاطمه ایزدیناه	

استانداردهای فضای فیزیکی مراقبت های دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی بیمارستانها			عنوان
۹۵/۱۱/۱	تاریخ شروع اجرا		شماره
۹۷/۱۱/۱	تاریخ اعتبار	.	شماره بازنگری

۴-۸. رختکن و سرویس بهداشتی

فضایی تحت عنوان رختکن جهت تعویض لباس و روپوش، ۲/۴ مترمربع جهت سرویس بهداشتی و ۴/۵ مترمربع جهت اتاق نظافت از محیط داروخانه جداسازی شده باشد.

تصویب کننده	تایید کننده	تهیه کننده	سمت
معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر رسول دیناروند	مدیرکل دفتر ارزیابی و کنترل تجویز و مصرف کالاهای سلامت دکتر هژتار خیراندیش	مدیر داروخانه های بیمارستانی دکتر فاطمه ایزدینیه	نام

استانداردهای فضای فیزیکی مراقبت های دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی بیمارستانها			عنوان
۹۵/۱۱/۱	تاریخ شروع اجرا		شماره
۹۷/۱۱/۱	تاریخ اعتبار	.	شماره بازنگری

شماره بازنگری	تاریخ بازنگری	شرح مختصر تغییرات	صفحات مورد بازنگری

نکته: لازم است بازرسان از اعتبار آخرین گزارش اطمینان حاصل نمایند.

تصویب کننده	تایید کننده	تهیه کننده	سمت
معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو	مدیرکل دفتر ارزیابی و کنترل تجویز و مصرف	مدیر داروخانه های بیمارستانی	نام
دکتر رسول دیناروند	دکتر محمدرضا خیراندیش	دکتر فاطمه ایزدیناه	

استانداردهای فضای فیزیکی مراقبت های دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی بیمارستانها			عنوان
۹۵/۱۱/۱	تاریخ شروع اجرا		شماره
۹۷/۱۱/۱	تاریخ اعتبار	۰	شماره بازنگری

فهرست مندرجات

۱. هدف

۲. دامنه

۳. مسئولیت

۴. تعاریف

۵. استاندارد فضای فیزیکی دفتر کار رییس مراقبت های دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی

۶. استانداردهای ساختار و فضای فیزیکی داروخانه

۷. استانداردهای ساختار و فضای فیزیکی انبار دارویی

۸. استانداردهای ساختار و فضای فیزیکی سایر قسمت های مراقبت های دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی

بیمارستانها

تصویب کننده	تایید کننده	تهیه کننده	
معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو	مدیر کل دفتر ارزیابی و کنترل تجویز و مصرف کالاهای سلامت	مدیر داروخانه های بیمارستانی	سمت
دکتر رسول دیناروند	دکتر مهرداد خیراندیش	دکتر فاطمه ایزدیناه	نام

عنوان			استانداردهای فضای فیزیکی مراقبت های دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی بیمارستانها
شماره	تاریخ شروع اجرا	۹۵/۱۱/۱	
شماره بازنگری	تاریخ اعتبار	۹۷/۱۱/۱	

۱- هدف

با توجه به نقش منحصر به فرد فراورده های دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی در حفظ سلامت و هزینه های مصرفی جامعه، شرایط نگهداری و انبارش این فراورده ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بدین منظور جهت حصول اطمینان از سلامت و کیفیت اینگونه فراورده ها و ارتقاء خدمات دارویی در بیمارستانها رعایت مجموعه ای از استانداردها و ضوابط مرتبط با شرایط بهینه نگهداری فراورده های دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی الزامی می باشد.

۲- دامنه

این استاندارد شامل کلیه ی داروخانه ها، انبارهای دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی و سایر قسمت های مرتبط با مراقبت های دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی کلیه ی بیمارستانها می باشد.

تبصره: سطح بندی مراقبت های دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی در قالب بخش، مرکز و واحد طبق ضابطه ابلاغی از سوی سازمان غذا و دارو است.

لازم به ذکر است که این استاندارد دلیزخانه و انبارهای دارویی و تجهیزات شهری، انبارهای دارویی و تجهیزات شرکت های تولیدکننده و توزیع کننده را شامل نمی شود.

۳- مسئولیت

ریاست بیمارستان ها، رئیس مراقبت های دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی، مسئولین فنی داروخانه های بیمارستانی و مسئولین دفتر فنی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور

تصویب کننده	تایید کننده	تهیه کننده	سمت
معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر رسول دیناروند	مدیرکل دفتر ارزیابی و کنترل تجویز و مصرف کالاهای سلامت دکتر مهناز خیراندیش	مدیر داروخانه های بیمارستانی دکتر فاطمه ایزدینام	نام

عنوان			شماره
استانداردهای فضای فیزیکی مراقبت های دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی بیمارستانها			۹۵/۱۱/۱
تاریخ شروع اجرا			۹۷/۱۱/۱
تاریخ اعتبار			۹۷/۱۱/۱

۴- تعاریف

۴-۱. **داروخانه:** داروخانه بیمارستان محلی است که می تواند به شکل داروخانه مرکزی و بر اساس نیاز بیمارستان همراه با داروخانه های اقماری در سطح بیمارستان باشد؛ به نحوی که کلیه خدمات دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی بخش های بستری و سایر خدمات مربوطه را فراهم نماید.

۴-۲. **داروخانه اقماری:** در صورت نیاز و وجود نیروی انسانی کافی در مراقبت های دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی و با صلاحدید رئیس قسمت مذکور و همچنین تأیید و همکاری کمیته دارو و تجهیزات بیمارستان در برخی از بخش های مورد نیاز، شعبه ای از داروخانه مرکزی به عنوان یکی از زیرمجموعه های مراقبت های دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی با عنوان داروخانه اقماری، زیرنظر رئیس قسمت فوق با رعایت کلیه ضوابط داروخانه فعالیت می نماید.

۴-۳. **داروخانه سریایی:** بیمارستان حق ایجاد مراکز جداگانه در داخل یا خارج بیمارستان جهت ارائه دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی و لوازم بهداشتی ندارد، مگر در مواردی که به تأیید کمیسیون ماده ۲۰ تا فاصله مشخصی از بیمارستان، داروخانه شهری موجود نباشد و امکان تأمین دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیماران سریایی وجود نداشته باشد. در کلیه ی امور مرتبط با داروخانه سریایی و انبار آن، رعایت ضوابط داروخانه های شهری الزامی می باشد.

۴-۴. **انبار دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی:** این انبار شامل انبار مرکزی بیمارستان و سایر انبار های دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی می باشد. انبار مرکزی بیمارستان به دلیل لزوم دسترسی سریع و آسان به فرآورده های خریداری شده بایستی در محلی از بیمارستان واقع گردد که ضمن دسترسی آسان به داروخانه با صرف حداقل زمان و هزینه بتوان داروها، ملزومات و تجهیزات پزشکی وارده به بیمارستان را دریافت و نگهداری نماید.

سمت	تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده
نام	مدیر داروخانه های بیمارستانی دکتر غاطمه ایزدپناه	مدیرکل دفتر ارزیابی و کنترل تجویز و مصرف غذای سلامت دکتر محمدرضا خیراندیش	معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر رسول دیناروند

عنوان			استانداردهای فضای فیزیکی مراقبت های دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی بیمارستانها
شماره	تاریخ شروع اجرا	۹۵/۱۱/۱	
شماره بازنگری	تاریخ اعتبار	۰	۹۷/۱۱/۱

۵. استاندارد فضای فیزیکی دفتر کار رییس مراقبت های دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی

محل دفتر کار رییس مراقبت های دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی که حداقل ۱۰ مترمربع در نظر گرفته می شود بهتر است در نزدیکترین محل ممکن به داروخانه مستقر باشد تا امکان نظارت بهینه بر عملکرد کارکنان میسر گردد.

۶. استانداردهای ساختار و فضای فیزیکی داروخانه

۶-۱. ویژگی های کلی در طراحی داروخانه های بیمارستان

- رعایت حداکثر دسترسی ممکن با اورژانس بیمارستان.

- دسترسی راحت بهماران برای دریافت دارو.

- دسترسی راحت کارکنان بخش ها جهت دریافت داروی بیماران بستری

- ارتباط و دسترسی راحت و منطقی با البار مرکزی

- رعایت و اجرای تمامی اصول GSP

۶-۲. تقسیم بندی فضای داروخانه

- اختصاص فضای مستقل یا به صورت مجزا داخل داروخانه برای واحد اطلاع رسانی دارو و سموم (DPIC) و پایش عوارض ناخواسته دارویی (ADR)

- اختصاص فضای مناسب برای داروساز جهت انجام امور مربوط به تامین و تدارک دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی

تصویب کننده	تایید کننده	تهیه کننده	سمت
معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو دکتر رسول دهبازو	مدیرکل دفتر ارزیابی و کنترل تجویز و مصرف داروهای سلامت دکتر بهرناز خیراندیش	مدیر داروخانه های بیمارستانی دکتر فاطمه ایزدینامه	نام

عنوان	استانداردهای فضای فیزیکی مراقبت های دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی بیمارستانها	
شماره	تاریخ شروع اجرا	۹۵/۱۱/۱
شماره بازنگری	تاریخ اعتبار	۹۷/۱۱/۱

۳-۴. انبار فعال دارو

در مجاورت داروخانه مرکزی ۲۰ مترمربع فضای مجزا و مستقل جهت دسترسی سریع تر به داروها تحت عنوان انبار فعال داروها اختصاص داده شود.

۴-۶. حداقل مساحت های لازم جهت داروخانه های بیمارستانی برحسب تعداد تخت

الف) در بیمارستانها تا ۶۴ تخت مصوب حداقل ۸۰ متر مربع فضای مفید جهت داروخانه بستری (فضای انتظار، نسخه پیچی و قفسه، سردخانه یا اتاق یخچالها، محل نگهداری داروهای خاص، کتل مخدر و فضای کارکنان داروخانه)

ب) در بیمارستان های ۶۴ تا ۲۰۰ تخت مصوب؛ علاوه بر فضای عنوان شده در بند الف، ۰/۵ مترمربع به ازای هر تخت علاوه بر ۶۴ تخت اضافه می شود.

ج) در بیمارستان های ۲۰۰ تخت مصوب به بالا؛ علاوه بر فضای عنوان شده در بند ب، ۰/۱ مترمربع به ازای هر تخت علاوه بر ۲۰۰ تخت اضافه می شود.

د) در صورتی که نیاز به ارائه خدمات سرپایی باشد مطابق با بند ۳-۴ تعاریف، نسبت به تخصیص فضای فیزیکی جداگانه عمل می شود.

گروه بندی بیمارستانها از لحاظ تعداد تخت	≤ 64	۶۴-۲۰۰	≥ 200
مثال	۶۴	۱۲۸	۲۰۰
متراژ داروخانه بستری	۸۰	۱۱۲	۱۴۸

سمت	تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده
نام	مدیر داروخانه های بیمارستانی دکتر فاطمه ایزدیناه	مدیرکل دفتر ارزیابی و کنترل تجویز و مصرف داروهای سلامت دکتر مهرداد خیرالدین	معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر رسول دیناروند

عنوان	استانداردهای فضای فیزیکی مراقبت های دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی بیمارستانها	
شماره	تاریخ شروع اجرا	۹۵/۱۱/۱
شماره بازنگری	تاریخ اعتبار	۹۷/۱۱/۱

تبصره ۱: در صورت آموزشی بودن داروخانه حداقل ۲۰ مترمربع به فضای فوق اضافه می شود.

تبصره ۲: حداقل فضای داروخانه اقماری با توجه به میزان خدمات ارائه شده و تخت های تحت پوشش تعیین می شود.

تبصره ۳: در صورت وجود دستگاه های Unit dose فضای کافی در نظر گرفته شود.

۷. استانداردهای ساختار و فضای فیزیکی انبار دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی

۷-۱. ویژگی های کلی در طراحی انبار مرکزی بیمارستان

• زمینی که برای احداث انبار در نظر گرفته می شود باید از سطح زمینهای اطراف بالاتر قرار داشته باشد. آبگیر و نمناک نباشد.

• انبار باید دارای بارانداز مناسب باشد.

• باید از محل امحا زباله، مرکز زباله و ضایعات حداقل به فاصله ۲۰ متر دور باشد.

• درب انبارها باید از جنس فلز و سطح داخلی آن صاف و بدون شکاف و درز باشد.

• شیب دار بودن کف به نحوی که برخلاف جریان کار و به طرف آبرو ها باشد.

• مراقبتهای لازم در خصوص جلوگیری از ورود افراد غیر مجاز به انبار باید در نظر گرفته شود.

• سقف دارای عایق مناسب جهت جلوگیری از انتقال گرما و سرما، لایه زیرساخت کف بهتر است از جنس بتون بوده به نحوی که براساس تردد لیفتراک و یا پرسنل تخریب نشده و گرد و غبار از آنها برنخیزد.

• کف و دیوارها و سقف باید صاف و فاقد هر گونه منفذ و روزنه بوده تا از نفوذ حشرات و حیوانات موزی و پرندها که جلوگیری بعمل آید. کف و دیوارها باید قابل نظافت باشد. از شستشوی انبار باید جداً خودداری شود.

• چاهک های فاضلاب در انبارها باید دارای درپوش و وضعیت ظاهری مناسب باشند.

سمت	تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده
نام	مدیر داروخانه های بیمارستانی دکتر فاطمه ایزدینا	مدیرکل دفتر ارزیابی و کنترل تجویز و مصرف کالاهای سلامت دکتر محمدرضا خیراندیش	معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر رسول دیناروند

عنوان	استانداردهای فضای فیزیکی مراقبت های دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی بیمارستانها
شماره	۹۵/۱۱/۱
تاریخ شروع اجرا	۹۷/۱۱/۱
شماره بازنگری	۰

- قفسه بندی انبار باید مناسب باشد و بصورتی که از برگشت بسته ها و البته جلوگیری شود. قفسه بندی مناسب باعث چیدمان صحیح بسته ها و کمک به نظافت بهتر انبار خواهد شد و همچنین روش قرار گیری محموله ها باید به گونه ای باشد که، سیستم First Expired- First Out به راحتی قابل اجرا باشد.
- میزان روشنایی و نور انبار باید در محدوده ی LUX200-80 باشد.
- محل نگهداری داروهای ریکال، ضایعاتی، سایتوتوکسیک، بایوداروها و محلولهای شیمیایی و ضدعفونی کننده باید مجزا باشد.
- جهت نگهداری محصولات قابل اشتعال، انباری مجزا دارای زون آتش، ایمنی مناسب شامل سیستم اعلام و اطفاء حریق، لامپهای ضد جرقه، کلیدهای برق ضد جرقه خارج از محوطه انبار و گردش و تهویه هوای مناسب وجود داشته باشد.
- در صورتیکه انبار مجهز به سیستم تهویه مرکزی نمی باشد، هواکش های دیواری باید مجهز به قاب توری و حفاظ بوده و در نقاط مختلف انبار نصب و تمامی روز روشن باشند.
- جهت نظافت انبار جاروبرقی صنعتی به تعداد کافی موجود باشد و وسایل گردگیری در محل های مناسب و مشخص قرار گیرند.
- انبار باید دارای سیستم سرمایش و گرمایش مناسب بوده و تعداد مناسب دماسنج و رطوبت سنج در نقاط مختلف انبار جهت ثبت و کنترل دما و رطوبت موجود باشد. تا حد امکان از کولر آبی و بخاری نفتی یا گازوئیلی استفاده نشود. تمامی دماسنج ها و رطوبت سنج ها باید در فواصل زمانی مشخص کالیبره شوند. توصیه می شود در صورت امکان از سیستم ثبت و هشدار الکترونیکی دما و رطوبت استفاده شود.
- دفتر انباردار مطابق ضوابط GDP بسته به حجم کار شرایط میتواند با حداقل مساحت ۱۲-۱۰ مترمربع در مجاورت انبار با ایجاد شرایط مطلوب تعبیه گردد.
- شیرآب یا سینک ظرفشویی درون انبار به دلیل جلوگیری از بالا رفتن رطوبت و ایجاد آلودگی در محیط انبار نباید وجود داشته باشد.
- حتی المقدور ارتفاع انبار حداقل ۴ متر باشد.

تصویب کننده	تایید کننده	تهیه کننده	سمت
معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر رسول دیناروند	مدیرکل دفتر ارزیابی و کنترل تجویز و مصرف داروهای سلامت دکتر محسن ناخنجرانیش	مدیر داروخانه های بیمارستانی دکتر فاطمه ایردیناه	نام