

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

دفتر وزیر

آئین نامه تاسیس موسسه رادیولوژی و مرکز تصویر برداری پزشکی

این آئین نامه به استناد مواد ۱، ۲۰، ۳۰ و ۲۲ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، داروئی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۴۴ (با اصلاحات بعدی) و بندهای ۱۱ و ۱۶ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظائف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۷۷ و ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آئین نامه اجرائی آن مصوب سال ۱۳۹۵ هیئت محترم وزیران و اصلاحات سال ۱۳۹۶ تهیه و به شرح ذیل اعلام میگردد:

فصل اول) تعاریف:

ماده ۱- رادیولوژی یک رشته تشخیصی درمانی و پزشکی است که دربرگیرنده مجموعه ای از روشهای تصویربرداری تشخیصی - درمانی و مداخله ای میباشد که با استفاده از اشعه X امواج فرماصوتی و میدان های مغناطیسی انجام میشود.

ماده ۲- موسسه رادیولوژی به محلی گفته می شود که جهت انجام اقدامات مندرج در ماده ۱ دایر میگردد و شامل دستگاههای رادیولوژی، سونوگرافی، ماموگرافی، پری اپیکال، پانورکس، سفالومتری و سنجش تراکم استخوان می باشد.

تبصره- نسب حداقل دستگاههای رادیولوژی و سونوگرافی ضروریست.

ماده ۳- مرکز تصویر برداری پزشکی به محلی گفته می شود که جهت انجام اقدامات مندرج در ماده ۱ دایر میگردد و شامل دستگاههای رادیولوژی، سونوگرافی، ماموگرافی، پری اپیکال، پانورکس، سفالومتری، سنجش تراکم استخوان و (MRI-CT-Scan-CT-Scan) بوده و بصورت شبانه روزی فعالیت خواهد نمود.

ماده ۴- متخصص رادیولوژی به کسی اطلاق می شود که علاوه بر داشتن درجه نکtra در طبق دارایی دانشنامه یا گواهینامه رسمی تخصصی تأیید شده از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص داشن آموختگان سالهای گذشته) باشد.

بسم الله الرحمن الرحيم

شماره
تاریخ
پیوست

جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دفتر وزیر

ماده ۵ - کارمند فنی یه غردي احلاق می شود که دوره پرتو شناسی تشخیصی (رادیولوژی) را در یکی از مراکز دانشگاهی داخل و یا خارج از کشور گذرانده و موفق به اخذ مرک حداقل کاردارانی رادیولوژی شده و یادارای مرک تخصصی رادیولوژی، Ph.D. کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی با لیسانس رادیولوژی باشد (مرک دانش آموختگان خارج از کشور بایستی به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برسد).

ماده ۶ - حفاظت دربرابر اشعه یونیزان عبارتست از ایجاد و کنترل تأسیسات و تجهیزات فنی لازم و انتخاب روش مناسب کار به منظور حفاظت کارکنان و بیماران در مقابل اثرات زیان آور پرتوها.

ماده ۷ - پروانه های تأسیس و مسئول فنی پروانه های قانونی هستند که از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تصویب کمیسیون قانونی یعنوان مجوز فعالیت هر موسسه / مرکز صادر می شوند.

ماده ۸ - درین آینین نامه به اختصار به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی «وزارت»، به دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی «دانشگاه / دانشکده» به کمیسیون تشخیص امور پزشکی موضوع ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، داروشناسی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۴۴ (با اصلاحات بعدی) «کمیسیون قانونی»، به پروانه های تأسیس و مسئولین فنی «پروانه های قانونی»، به موسسه رادیولوژی «موسسه» و به مرکز تصویربرداری پزشکی «مرک» گفته می شود.

فصل دوم) شرایط تأسیس و بهره برداری :

شرطیت متقاضیان تأسیس:

ماده ۹ - اجازه تأسیس موسسه / مرکز به اشخاص حقیقی و یا حقوقی پس از تصویب کمیسیون قانونی واحد موافقت اصلی از وزارت با شرایط ذیل داده می شود:

الف) اشخاص حقیقی متقاضی تأسیس موسسه باید دارای تخصص در رادیولوژی و یا مرک کارشناسی رادیولوژی و یا کارشناس رادیولوژی یا مرک تخصصی بالاتر باشد.

ب) در صورتیکه متقاضی تأسیس موسسه یک شخص حقوقی (شرکت های تعاونی خدمات بهداشتی درمانی وغیره) باشد باید حداقل یکی از موسسین آن، افراد متدرج در بند الف این ماده باشد.

ج) مجوز تأسیس مرکز مشترک‌آمیه حداقل پنج نفر از گروه متدرج در بند الف این ماده داده میشود که عضویت حداقل یک نفر متخصص رادیولوژی در این گروه الزامی است.

د) شرکت های متقاضی تأسیس مرکز، با رعایت شرایط مندرج در بند ج این ماده میتوانند اقدام به اخذ مجوز نمایند.

بسم الله الرحمن الرحيم

شماره
پایانی
پرست

جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، روان و امور پرورشی

دفتر وزیر

تبصره- شرکت های تعاونی خدمات بهداشتی درمانی متخصص تأسیس مرکز از شرایط مدرج در بند ج این ماده مستثنی می باشد اما عضویت حاصل یک نفر متخصص رادیولوژی در آنها الزامی میباشد
شرایط تأسیس و بهره برداری:

ماده ۴۰- جهت تأسیس بهره برداری و فعالیت مؤسسه / مرکز باید به شرح ذیل اقدام گردد:

- ۱- تسلیم در خواست تأسیس به معاونت درمان/سلامت دانشگاه/دانشکده مریبوطه به ضمیمه مدارک اعلام شده توسط اداره امور پرونده های معاونت سلامت.
- ۲- لخذ موافقت اصولی ازوذارت.

۳- ارائه مدارک طبق ضوابط وزمان بندی ابلاغی وزارت شامل:

- معرفی مکان وارث نقشه ویا احداث ساختمان که باید ب تایید کارشناسان درمان و بهداشت محیط دانشگاه/دانشکده بررسد.

- تائید اجرای نقشه ها توسط کارشناسان مذکور.

- تجهیز موسسه / مرکز و تائید تجهیزات توسط کارشناسان مذکور.

- رعایت ضوابط واستانداردهای حفاظتی موضوع قانون حفاظت در برابر اشعه که با همانکی مرکز سلامت محیط و کاروسازمان انرژی انتی ایران تدوین می شود و اخذ تائیدیه های لازم طبق ضوابط کمیسیون تبصره ماده ۴ سازمان انرژی انتی ایران.

- ارائه سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی یا عادی معتبر با پلاک ثقی یا رضایت نامه مالک با گواهی امضاء محضاری.

- ارائه لیست تجهیزات.

- ارائه لیست پرسنل فنی هرآر مدارک لازم.

- اعلام نام، آدرس دقیق و ساعات فعالیت مؤسسه/مرکز.

- لخذ پرونده بهره برداری (تأسیس) و مسئول / مستولین فنی از وزارت.

- آغاز فعالیت مرکز و اعلام شروع به کار به دانشگاه مریبوطه.

تبصره ۱- مدت اعتبار ، تمدید و لغو موافقت اصولی صادره براساس مفاد قرارداد تأسیس بوده و در صورت عدم اسکان تکمیل مدارک در مدت مقرر درقرارداد تأسیس تمدید آن منوط به ارائه گزارش پیشرفت کار مورد تائید دانشگاه و تائید نهائی کمیسیون قانونی خواهد بود.

لسمه تعالی

شماره
تاریخ
پیوست

جمهوری اسلامی ایران
سازمان امور پردازشی
وزارت بهداشت و مراقبت از امور پردازشی

دفتر وزیر

تبصره ۱- ایجاد بخش رادیولوژی در بیمارستان، درمانگاه یا تعبیه دستگاه رادیولوژی اطلاع عمل در مراکز جراحی محدود و سربایی مشروط به معرفی مسئول فنی واحد شرایط (رادیولوژیست)، کارکنان فنی، تجهیزات، اخذ تأییدیه های لازم بهداشتی، حفاظتی و تأیید کمیسیون قانونی خواهد بود.

تبصره ۲- پرونده مسئول فنی موسسه / مرکز به پزشکان متخصص رادیولوژی واحد شرایط، پس از تأیید صلاحیت توسط کمیسیون قانونی داده خواهد شد.

ماده ۹۵- هر متخصص رادیولوژی می تواند حداقل مسئولیت فنی دو نوبت کاری دریک موسسه / مرکز و یا بخش رادیولوژی را به عهده گیرد و پرونده های فعالیت همزمان صادر نخواهد شد.

تبصره ۳- حضور مسئول فنی در اوقات تعیین شده در مرکز الزامی است و در غیاب وی رادیولوژیست حاضر در موسسه / مرکز با تکمیل فرم مخصوصی که توسط اداره امور پرونده ها تنظیم و ابلاغ شده است، کلیه مسئولیت های مسئول فنی را به عهده خواهد داشت و در صورت پاسخگویی به مراجع نیصلاح قانونی به عهده مسئول فنی خواهد بود.

تبصره ۴- رعایت مفاد آئین نامه اجرایی قانون اجازه تأسیس مطب جهت تصدی پست مسئولیت فنی و یا بکارگیری پزشک همکار الزامی است.

تبصره ۵- موسسه میتواند در نوبت های صبح، عصر و شب فعالیت تبادل و موسسه فقط مجاز به فعالیت براساس نوبت های کاری مندرج در پرونده تأسیس با حضور مسئول فنی خواهد بود.

ماده ۹۶- رادیوگرافی های مرتبط با امور دندانپزشکی در مطب ها و درمانگاه های عمومی و متخصصی دندانپزشکی باید براساس ضوابط مندرج در هریک از آئین نامه های مربوطه انجام گیرد.

ماده ۹۷- متخصصین رادیولوژی نك، دهان و صورت می توانند در چهار چوب ضوابط مندرج در این آئین نامه اقام به تأسیس موسسه مرتبط با رشته تخصصی خود بنمایند.

ماده ۹۸- انجام سوتونگرافی توام پاسایر خدمات رادیولوژی در موسسه / مرکز مجاز می باشد و انجام سوتونگرافی به تنهائی، مطابق مقررات و بخشتمانه های وزارت متبع خواهد بود.

ماده ۹۹- در موسسه / مرکز / بخش رادیولوژی، معرفی یک مسئول فنی واحد شرایط برای هر شیفت کاری کافی و الزامی است.

ماده ۱۰۰- کلیه متخصصین رادیولوژی میتوانند مسئولیت فنی مرکز و موسسه را عهده دار شوند.



بسم الله الرحمن الرحيم

شماره
تایم
پرست

جمهوری اسلامی ایران
سازمان امور پزشکی
وزارت بهداشت و مراقبت از مددگاری

دفتر وزیر

تصویر-گزارش CT-Scan توسط متخصصین رادیولوژی مجاز امکان‌نیز بوده و حضور متخصص گزارشگر الزامی نیست.

ماده ۵۴۴- هر موسسه / مرکز و یا بخش رادیولوژی باید دارای ترم افزار رایانه ای مناسب به منظور ثبت مشخصات بیماران، پزشکان معرف و شماره نظام پزشکی آنان، تاریخ درخواست، گزارش، تعریفهای مربوطه و سایر اطلاعات مورد درخواست وزارت یا دانشگاه / دانشکده باشد.

تصویر-بایگانی یک نسخه از گزارش آزمایش پرتو شناسی به مدت ۵ سال الزامی است.

فصل سوم) ضوابط ساختمانی و تجهیزاتی:

ماده ۹۶: ضوابط ساختمانی تجهیزاتی مرکز/موسسه به شرح ذیل میباشد:

(الف) ضوابط ساختمانی:

۱- حداقل مساحت موسسه ۹۰ متر مربع میباشد.

۲- موسسه حتی المقصود در طبقه همکف، ۱- و ۱+ قراردادشته و در صورت ارتفاع بیش از ۲ و ۳- متر از ورودی طبقه همکف تا موسسه، ساختمان باید دارای آسانسور باشد.

۳- ارتفاع کف تاسقف حداقل ۲/۷۰ متر میباشد.

۴- مساحت مرکز حداقل ۲۰۰ متر مربع میباشد.

۵- مرکز باید در ساختمان غیر مسکونی تأسیس گردد و در صورت نیکه کاربری ساختمان مسکونی است باید کلا خالی از سکنه باشد.

تصویر-۱- مرکز باید در طبقه همکف قراردادشته و در غیر این صورت ساختمان مجهز به آسانسور باشد.

۶- درب ورودی مرکز می بایست مجزا باشد.

۷- رعایت ضوابط فنی ابلاغی وزارت، ضروری است.

تصویر-۲- کلیه درمانگاهها و بیمارستانهای مقاضی افزایش بخش رادیولوژی باید شرایط و ضوابط بهره برداری (تأسیس) موسسه / مرکز را در این آئینه نامه رعایت و پس از اخذ مجوزهای قانونی تسبیت به تأسیس اقدام نمایند.

(ب) ضوابط تجهیزاتی:

- در صورت ارایه خدمات سونوگرافی حداقل وجود یک دستگاه سونوگرافی استاندارد با دو پرورب سطحی و عمقی الزامی است.

- نصب و جایگزینی کلیه دستگاههای رادیولوژی باید طبق استانداردهای ابلاغی و کسب تأثیرهای لازم نصب انجام پذیرد.



بسم الله الرحمن الرحيم

پیمان
نایخ
پیوت

جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، رمان امور پزشکی

دفتر وزیر

- کلیه دستگاههای رادیولوژی عمومی، CT-Scan و MRI مورد استفاده در مرکز باید دیجیتال و film less باشد.

توصیر - نظارت مستمر و دائمی بر کیفیت عملکرد تجهیزات، مواد و همچنین اینمنی و حفاظت در قالب برنامه های کنترل کیفیت وزارت خواهد بود.

فصل چهارم) ضوابط بهداشتی:

۱۹۵۵- رعایت ضوابط بهداشتی مطابق دستور العمل مرکز سلامت محیط و کاربه شرح ذیل ضروری است:

۱- به منظور محافظت در برابر اشعه معادل ۲mm سرب حفاظ فیزیکی و برای اثاق اپراتور استفاده از شیشه سربی با ضخامت معادل ۱mm سرب.

۲- تأمین تهویه مناسب در محیط کار

۳- تأمین وسایل / سیستم اطفاء حریق (حداقل هر ۵ متر مربع یک کپسول ۴ kg)

۴- کف ساختمان دیوارها و سقف باید از جنس مقاوم ، سالم بدون درز و شکاف و قابل شستشو باشد.

۵- درب و پنجره باید سالم و پنجره های باز شومجهز به تورسیمی ضدزنگ باشد.

۶- سیستم سرمایش و گرمایش مناسب بگونه ای که ضمن فراهم نمودن برودت و حرارت قادر به تهیی نیز بوده تا از آلودگی های هوای داخل ساختمان جلوگیری شود.

۷- آب مصرفی موسسه / مرکز باید از شبکه های عمومی آب آشامیدنی شهر تأمین شود، با اینکه موسسه / مرکز دارای شبکه خصوصی آب با رعایت استانداردهای کشوری مخزن ذخیره آب به میزان کافی باشد و در چنین وضعی مخازن ذخیره آب باید تحت کنترل های بهداشتی قرار گیرد.

۸- زیاله دان باید به تعداد کافی از چنس مقاوم با دریوش و پدال باشد.

۹- دستشویی و توالت مزدیک به وروودی اثاق پرتو تابی همراه با صابون مایع و حوله کاغذی.

توصیر: در صورت وجود رانیوسکوبی، دستشویی داخل اثاق اسکوبی الزامی است.

۱۰- تنصیب علام حفاظتی و تایلهای راهنمای برروی درب اثاق پرتو تابی ، محل نگهداری مواد و ...

۱۱- تأمین و بکارگیری وسائل حفاظت فردی و شیلد های حفاظتی به تکیک اعضاء بدن.

۱۲- وجود اثاق تی شویی با حداقل مترال ۱/۵ متر مربع با کف مقاوم قابل شستشو، کاشیکاری با سرامیک تا زیر سقف مجهز به شیر مخلوط آب گرم و سرد و تی آویزو حوضچه دارای کفشوی فاضلاب رو با عمق .cm ۰.۵، عنایتی

جز اوقسه مواد گندز داویاک کننده و در صورت استفاده از تی شوی پر تایل، محل مناسبی برای نگهداری و نخلی آن.

۱۳- تشکیل پرونده های پزشکی (معاینات دوره ای) برای شاغلین.



لسمه تعالی

شماره
تاریخ
پویت

جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت و زمین و امور پرورشی

دفتر وزیر

۱۴- وجود دستورالعمل اورژانس به منظور مقابله با سوانح در شرایط اضطراری.

فصل پنجم) ضوابط پرسنلی:

۵۵- مسئول پذیرش و بایگانی بخش رادیو اموزی بیمارستان و مرکز باید دارای مدرک کارشناسی یا کاربانی مدارک پزشکی باشد. (در صورت نبودن داوطلب، بکارگیری دانش آموختگان سایر رشته های پزشکی و پیراپزشکی بلا مانع است).

فصل ششم) وظایف مؤسسه :

۵۶- اهم وظایف مؤسسه موسسه / مرکز بشرح ذیل می باشد:

الف- انتخاب و معرفی مسئول فنی و کلیه کارکنان واحد شرایط در موسسه / مرکز براساس ضوابط و استانداردهای مربوطه، به دانشگاه / دانشکده جهت تمامی نوبت های کاری.

ب- احرام شرایط لازم کارکنان فنی مطابق دستورالعمل های موجود.

ج- تأمین تجهیزات عمومی و ملزومات مورد نیاز براساس استانداردهای مربوطه.

د- رعایت کلیه ضوابط و مقررات دستورالعملها و تعریف های مصوب مراجع ذیصلاح قانونی.

ه- اجرای نظریات و پیشنهادات مسئول فنی موسسه / مرکز در امور پزشکی و فنی براساس ضوابط و رعایت آنها.

و- برنامه ریزی و سازماندهی جهت جلب رضایت مراجعین و رعایت منشور حقوق بیماران.

ز- نظارت بر حسن اجرای استانداردهای مربوط به تابلو و نیز سرفیشه های موسسه / مرکز.

ح- حفظ استانداردهای کمی و کیفی لازم در مورد ساخته ای، تجهیزات، تأسیسات، وسائل و امکانات اینها و تأمین تجهیزات عمومی و ملزومات مورد نیاز.

فصل هفتم) وظایف مسئول / مسئولین فنی :

۵۷- اهم وظایف مسئول / مسئولین فنی موسسه / مرکز عبارتند از :

الف - حضور مستمر وفعال در ساعات تعیین شده و نوبت های کاری درج شده در پروانه مسئول فنی.

ب - نظارت بر نحوه ارائه خدمات تشخیصی و ارتقاء سطح کیفی خدمات توسط کارکنان فنی مرکز و ابلاغ تذکرات لازم به آنان.

ج- بررسی و اعلام صلاحیت کارکنان فنی شاغل در موسسه / مرکز.

بسم تعالیٰ

شماره
تایم
پویت

جمهوری اسلامی ایران
سازمان امور پرستاری
وزارت بهداشت و مراقبه امور پرستاری

دفتر وزیر

د- تهیه و تنظیم برنامه کاری قسمتهای مختلف مرکز و ناظارت بر حسن انجام خدمات تشخیصی - درمانی در ساعت تعیین شده.

ه- ناظارت بر کیفیت و قابل استفاده بودن تجهیزات و ملزومات هریخش و نیز داروهای موجود در موسسه / مرکز.

و- ناظارت بر تهیه، تنظیم و نگهداری پرونده پزشکی کلیه بیماران مراجعه کننده و نیز بررسی شرح حال و دستورات پزشکی مدرج در آن و تذکر به مسئولین مربوطه در صورت تخطی از موازین علمی و فنی.

ز- ناظارت بر حسن اجرای استانداردهای مربوط به تابلو و سرفصلهای موسسه / مرکز وارثه پیشنهادات لازم به مؤسس.

ح- ثبت گزارش دقیق عملکرد، آمار و اطلاعات مربوط به فعالیتهای موسسه / مرکز به تفکیک خدمات تشخیصی و درمانی و در صورت لزوم ارسال نتیجه آن به وزارت یا دانشگاه / دانشکده های ذیربط طبق برنامه زمان بندی.

ط- گزارش مواردی از بیماریهای واگیر و غیر واگیر که لیست آن توسط وزارت یا دانشگاه / دانشکده تعیین می گردد به مراجع قانونی ذیربط با رعایت اصول احالت داری.

ی- ابلاغ تذکرات لازم به کلیه کارکنان فنی و اداری و نیز به موسس موسسه / مرکز و پیگیری اقدامات اجرائی و در صورت تخطی، اعلام مراتب به دانشگاه / دانشکده های ذیربط.

ک- تعیین اولویت پذیرش و پررسی وضعیت بیماران اورژانسی.

ل- رعایت کلیه مقررات و دستورالعملهای وزارت و نیز موازین اسلامی، اخلاقی و فنی و ناظرت بر حسن اجرای آن.

فصل هشتم) سایر مقررات:

مهده ۷۳- موسسه / مرکز نمی تواند مرکز دیگری بنام شعبه دایر نماید.

مهده ۷۴- در صورت فوت و یا از کار افتادگی موسس یا مسئولین فنی به شرح ذیل اقدام خواهد گردید:
الف) در صورتیکه موسس قوت نماید و از کار افتادگی موقتی می باید در یک مهله حداقل دو ساله و به مجرد اخذ گواهی انحصار و راثت، فرد واجد شرایطی را بعنوان جانشین (موسس) معرفی نماید که پس از تائید صلاحیت فرد معرفی شده توسط کمیسیون قانونی پروانه تأسیس جدید موسسه / مرکز بنام وی صادر خواهد شد، و در این مدت مسئول فنی موسسه / مرکز با موافقت و راث قانونی می تواند مرکز را اداره نماید.

(ب) در صورتیکه موسس به علت از کار افتادگی قادر به اداره موسسه / مرکز نباشد خود او یا قیم وی باید در یک مهلت ۶ ماهه نسبت به معرفی فرد واجد شرایط دیگری بعنوان جانشین (موسس) اقدام نماید تا پس از تائید صلاحیت فرد معرفی شده توسط کمیسیون قانونی، پروانه تأسیس بنام وی صادر گردد.

نامه

شماره
تاریخ
پوست

جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، روان و امور پرورشی

دفتر وزیر

ج)- در صورتیکه موسسه / مرکز توسط اشخاص حقوقی تأسیس شده باشد و یکی از موسسان فوت نماید ریا به هر علت قادر به انجام وظایف خود نباشد فرد از کار افتاده ، و راث یا قیم قانونی وی باید در یک مهلت حداقل دو ساله نسبت به اخذ گواهی انحصار و راث اقدام و فرد واجد شرایط دیگری را بعنوان جانشین وی معرفی نمایند تا پس از تأیید صلاحیت، پروانه تأسیس با ترکیب جدید صادر گردد.

ج)- در صورتیکه مسئول فنی موسسه / مرکز فوت نماید ، موسس / موسسان باید حداقل ظرف یک هفته ، فرد واجد شرایط دیگری را بعنوان جانشین معرفی نمایند تا پس از تأیید صلاحیت فرد معرفی شده توسط کمیسیون قانونی ، پروانه مسئول فنی جدید صادر گردد[در صورتیکه موسس و مسئول فنی یک فرد واحد باشد ، و راث یا نماینده قانونی وی می بایست مطابق مفاد این بند عمل نماید].

تبصره- تا زمان صدور پروانه مسئول فنی جدید توسط کمیسیون قانونی ، فرد واجد شرایط تصدی مسئولیت فنی موسسه / مرکز را مؤقتا بعده دارد.

حاده ۴۵- در صورتیکه مسئول فنی رادیولوژی خواهد بکار آیده دهد باید سه ماه قبل مراتب را بطور کثیف به مؤسس و معاونت درمان دانشگاه / دانشکده مربوطه اعلام نماید. در ظرف این مدت مؤسس موظف است نسبت به معرفی مسئول فنی جایگزین اقام نموده تا پس از تصویب و تأیید صلاحیت وی توسط کمیسیون قانونی پروانه مسئول فنی جدید صادر گردد.

تبصره- در صورت ترک موسسه / مرکز توسط مسئول فنی و عدم انجام وظایف مدرج در این آئینه بدون هماهنگی و رعایت مقررات لازم، کلیه مسئولیت های قانونی موسسه / مرکز تا زمان تعیین نکلیف مسئول فنی جدید به عهده وی خواهد بود و موضوع از طریق معاونت درمان دانشگاه مربوطه به کمیسیون قانونی وزارت منعکس شده تا در طی این مدت از صدور پروانه جدید برای وی جلوگیری شود.

حاده ۴۶- در صورتیکه مسئول فنی بعلت بیماری یا علل دیگر قادر به انجام وظایف محول و حضور در موسسه / مرکز نباشد می تواند با رضایت موسس، یک فرد واجد شرایط را بعنوان جانشین خود برای این مدت معرفی نماید.

تبصره ۱- در صورتیکه مدت عدم امکان حضور مسئول فنی لزمه ماه تجاوز نماید موسس موظف است فرد واجد شرایطی را بعنوان مسئول فنی معرفی نماید تا پس از تصویب کمیسیون قانونی پروانه مسئول فنی صادر شود.

تبصره ۲- مؤسس در صورت اتمام قرارداد یا تخلف مسئول فنی از وظایف قانونی با ارات مستندات لازم و در صورت احراز آن توسط کمیسیون قانونی مبناد تغییر وی را درخواست نماید.

سند تعالی

شماره
پایانی
پیوست

جمهوری اسلامی ایران
سازمان امور پردازشی
وزارت بهداشت و مانع امور پردازشی

دفتر وزیر

ماده ۴۷- اعضای هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی مجاز نیستند در طول خدمت در محل دیگری بجز موسسه/ مرکز وابسته به دانشگاه اشتغال داشته باشد. پروانه مسئول فنی برای این افراد فقط جهت بخششای دانشگاهی (کلینیکهای ویژه و بیمارستانها) صادر میگردد.

تبصره- در صورت قطع ارتباط استخدامی افراد مذکور بهر لیل با دانشگاه، پروانه مسئول فنی صادره موضوع ماده فوق لغو و در صورت تقاضای این افراد جهت اخذ پروانه دربیش غیردولتی، طبق ضوابط مربوطه وطی مراحل قانونی اقدام خواهد گردید.

ماده ۴۸- تغییرنام و محل مؤسسه/ مرکز و نیز هرگونه تغییرات ساختهای ویا توسعه، تهیه و نصب دستگاههای جدید بایستی با اطلاع قبلی و موافقت معاونت درمان دانشگاه/ دانشکده مربوطه و اخذ مجوز از وزارت، مطابق با ضوابط این آئین نامه صورت پذیرد.

ماده ۴۹- نظارت بر عملکرد کلیه موسسات/ مرکز درسراسر کشور بهده دانشگاه/ دانشکده های مربوطه و در صورت نیاز وزارت می باشد.

ماده ۵۰- همکاری مستمر با بازرسان وزارت و دانشگاه/ دانشکده و دیگر مراجع ذیصلاح قانونی واجرای دستورالعملهای آنها از سوی موسسه/ مرکز و بخششای رادیولوژی الزامی است.

تبصره- هرگونه تغییر و حابجایی کارکنان فنی در مراحل بعداز اخذ مجوز، بایستی با اطلاع معاونت درمان دانشگاه/ دانشکده براساس مقررات مربوطه صورت گیرد.

ماده ۵۱- رعایت آئین نامه اجرایی قانون طرح انطباق و موازین اسلامی، اخلاقی، شیوه حرفة ای، در موسسات/ مرکز و بخششای رادیولوژی الزامیست. در صورت حضور رادیولوژیست همکن و قبل پرتوکاری توسط وی نیاز به حضور پرتوکار همکن نمی باشد.

ماده ۵۲- کلیه موسسات/ مرکز و بخششای رادیولوژی موجود مکافتد حداقلظرف مدت دو سال پس از تصویب و ابلاغ این آئین نامه و با هماهنگی دانشگاهها/ دانشکده های ذیربط وضعیت خود را از نظر شرح وظایف موسسین و مسئولین فنی، ضوابط بهداشتی (به استثنای موارد مربوط به ساختار فیزیکی ساختمان)، حفاظتی، پرسنلی و نظارتی با شرایط و ضوابط مدرج در این آئین نامه تنظیم دهند.

تبصره- هر گونه تغییر در موسسین یا مکان موسسه/ مرکز باید با تایید کمیسیون قانونی صورت پذیرد.

ماده ۵۳- تهدید پروانه های تأسیس و مسئولین فنی موسسه/ مرکز درسراسر قانون آموزش مداوم جامع پژوهشکن و رعایت ضوابط و ارائه مدارک مربوطه خواهد بود.

جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت روان و امور اجتماعی

دفتر رئیس

فصل نهم) تخلفات:

ماده ۳۴ در صورتیکه مؤسس یا مسئول / مسئولین فنی مؤسسه مرکز از ضوابط و مقررات مربوط به الزامات و وظایف خود که در این آیین نامه پیش بینی شده تخلف نمایند به خوبی زیر اقدام خواهد شد :

الف - بار اول تذکر شفاهی با قید موضوع در صورت جلسه بازرسی محل توسط وزارت یا دانشگاه / دانشکده های ذیربط و اطلاع موضوع به انجمن رادیولوژی

ب - بار دوم اخطار کنی توسط وزارت یا دانشگاه / دانشکده حداقل به فاصله یک ماه

ج - بار سوم اخطار کنی توسط وزارت یا دانشگاه / دانشکده به فاصله یک ماه از اخطاریه کنی قبلی

ج - در صورت تکرار و عدم توجه به تذکرات قبلی اعم از شفاهی و کنی - چنانچه اعمال انجام شده مشتمل قانون تعزیزان حکومتی (در امور بهداشتی و درمانی) مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاحات بعدی باشد موضوع به کمیسیون ماده ۱۱ قانون یاد شده اقدام و در سایر موارد به محکم ذیصلاح قانونی احالة خواهد شد.

تبصره ۱ - روش اجرای تصسیمات نهایی کمیسیون منکور و آراء صادره از سوی مراجع قضایی اعم از تعطیل حقوق یا دائم مؤسسه ، ابطال پروانه و ... در کمیسیون قانونی بررسی و برای اقدام به واحدهای ذیربط ارجاع می گردد.

تبصره ۲ - در مواردیکه عملکرد مؤسسه یا مرکز خلاف ضوابط و مقررات قانونی بوده و موجب ورود خسارات جسمانی و یا روانی به بیماران شود به تشخیص وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و بدون اعمال مجازات های مندرج در بندهای الف ، ب ، ج و ح مورد در کمیسیون قانونی طرح گردیده و با رأی کمیسیون و با تأیید رأی توسط وزیر پروانه مرکز قابل لغو موقت یا دائم خواهد بود.

این آیین نامه مشتمل بر ۹ فصل ، ۲۶ ماده و ۲۲ تبصره در تاریخ به تصویب رسیده و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد و کلیه آیین نامه ها و مستور العملهای قبلی مغایر با آن نیز لغو می گردد.

دکتر انگرانی

وزیر