

ضوابط ارزشیابی و درجه بندی بخش مراقبت ویژه (CCU)

۶۰	سیستم ساکشن مرکزی	۲۰	—	
۶۱	کمپول اکسیژن	۲۰	—	
۶۲	دستگاه ساکشن مستقل	۲۰	—	
۶۳	سیستم کنسول	۱۵	—	
۶۴	سیستم برق شهر و کابل کشی مناسب و مراعات استانداردهای حفاظتی	۲۰	—	
۶۵	سیستم برق اضطراری	۲۰	—	
۶۶	سیستم آب شهری و آب ذخیره	۲۰	—	
۶۷	سیستم فاضلاب مناسب	۲۰	—	
۶۸	سیستم مراعات ضوابط بهداشت محیط و بهداشت عمومی	۲۵	—	
۶۹	سیستم تلویزیون مدار بسته	۱۰	—	
۷۰	سیستم آلام و حفاظت در مقابل آتش سوزی و حوادث	۵۰	—	
۷۱	سیستم پیچ و اطلاع رسانی مداوم	۲۰	—	کد اعلام وضعیت اضطراری و درخواست کمک شامل این ماده می باشد
۷۲	سایر سیستم های بیمارستان و سایر موارد	۲۰	—	ذکر مورد ضرورت حداقل امتیاز این بند ۱۰ محاسبه شود
جمع امتیازات فصل ۵ - کلیات بیمارستانی		۲۵۰	—	توضیحات امتیازات مکتبه :
تکرات کارستانان بیمه :				
ردیف	و - تجهیزات پزشکی	حداکثر امتیاز	امتیاز مکتبه	توضیحات
۷۳	وجود سیستم مانیتورینگ ثابت و مرکزی	۵۰	—	
۷۴	نصب صحیح سیم کشی مناسب و مرسوم دهی منظم مانیتورینگ	۲۵	—	

تجهیزات آروشیایی و درجه بندی مشخص مراقبت ویژه (CCU)

۷۵	مست EXTERNAL - PACING	۲۰	---	
۷۶	تخت مخصوص بفل دار - ۳ شكن - متحرك بالا و پايين رو	۲۰	---	سایر مشخصات و متعلقات تخت می سی یو مورد ملاحظه قرار گیرد
۷۷	دستگاه تنفس مصنوعی (وتی لاتور) با توانهای لازم	۶۰	---	کلیه امکانات جنبی استفاده از دستگاه ملاک نظر باشد
۷۸	تسیلات ثابت و سیار مورد نیاز هر تخت	۲۵	---	دستگاه فشار خون - پایه سرم - ست CVP - درجه حرارت و -
۷۹	برقکار دروان و بفل دار	۲۰	---	
۸۰	صندلی چرخدار (ویلچر)	۲۰	---	
۸۱	تجهیزات بازیگ داشتن راههای هوایی به اندازه کافی	۲۰	---	لارنگوسکوپ با تیله های مختلف لوله های آندو تراکتال مختلف - آمبویگ مختلف - ایروی و -
۸۲	تراش احیا مجهز به لوازم بند ۷۹ و کلیه داروهای مورد نیاز	۳۰	---	سایر لوازم - دستگاه دی - سی - شوک و ... بایستی در دسترس باشند
۸۳	شیر آلات - اتصالات - لوله ها و لوازم مورد نیاز سیستم گازهای طبی	۲۵	---	
۸۴	دستگاه اندازه گیری گازهای خون شریانی و آزمایشگاه مربوطه	۲۵	---	تعلق آزمایشگاه به سی سی یو و با دسترسی سریع به آزمایشگاه مورد نظر می باشد
۸۵	PACE - MAKER موقت ، سیم و کلیه تجهیزات مربوطه	۲۵	---	
۸۶	دستگاه الکترو کاردیو گرافی	۲۵	---	
۸۷	وسایل مانیتورینگ فشار وریدی مرکزی	۲۵	---	
۸۸	دستگاه فیرلاتور (الکتروشوک)	۵۰	---	دستگاه در تمام ۲۴ ساعت باید آماده استفاده باشد و ۱ دستگاه ذخیره نیز باید در دسترس باشد
۸۹	دستگاه رادیولوژی پرتابل	۲۰	---	وجود یک دستگاه در مجموعه بیمارستان مشروط به دسترسی ۲۴ ساعت برای سی سی یو کافی است
۹۰	تجهیزات حمایتی همودینامیک	۲۵	---	ست های خون و سرم و فشارهای مربوطه - میکروست - پمپ های انفوزیون - سرنگ ها و ...
۹۱	بالس اکسی متر	۲۵	---	
۹۲	دستگاه اشکرت و آنستالو گرافی	۱۰	---	وجود یک دستگاه در مجموعه بیمارستان مشروط به دسترسی ۲۴ ساعت برای سی سی یو کانتینت

صوابت ارزشیابی و درجه بندی بخش مراقبت ویژه (ICU)

۹۳	برونکوسکوپ فیبروایسکوپ	۲۵	وجود یک دستگاه در مجموعه بیمارستان کفایت می نماید (دسترسی ۲۴ ساعته شرط است)	—
۹۴	برونکوسکوپ ریه	۱۰	وجود یک دستگاه در مجموعه بیمارستان کفایت می نماید (در صورت نداشتن فیبروایسکوپ)	—
۹۵	قبضه داروهای ذخیره مجهز به لیست داروهای مورد نیاز با برچسب	۲۵		—
۹۶	پمپال مخصوص نگهداری دارو و خون	۱۵		—
۹۷	پمپال برای سایر مصارف	۱۵		—
۹۸	قبضه داروهای اورژانسی و داروهای مخدر (جداگانه)	۲۵	موجود بودن داروهای مربوطه ملاک می باشد	—
۹۹	اکو کاردیو گرافی پرتابل	۲۰	موجود بودن در بیمارستان بشرط دسترسی در تمام ۲۴ ساعت کافی است	—
۱۰۰	تشک مواج	۳۰	۱ عدد به ازای هر تخت	—
۱۰۱	بین مخصوص حمل مواد مصرف شده	۱۰		—
۱۰۲	گلان - دستکش - ماسک و کلاه و وسایل حفاظتی پرستار	۲۵		—
۱۰۳	وسایل اندازه گیری درجه حرارت	۵	مرکزی - ارال - رکتال (به اندازه کافی و مجزا برای هر بیمار)	—
۱۰۴	وسایل اندازه گیری فشار خون محیطی	۱۰	دستگاه فشارخون و انواع مختلف آن - گوشی مناسب و ...	—
۱۰۵	اسکانات دیپالیز (همه دیالیز و ریتونال دیپالیز)	۳۰	چنانچه در مجموعه بیمارستان موجود و برای سی سی پر قابل استفاده باشد کفایت می نماید	—
۱۰۶	سوتنهای مختلف - و ست های استفاده از آنها	۱۰	نظیر سوتنهای متان و معده - کانتینرهای کات دکن - چست تیوب	—
۱۰۷	وسایل و تجهیزات باز نگهداشتن راههای هوایی و ست های استفاده از آنها	۱۵	لارنگوسکوپ - لوله های تراشه لوله های تراکئوسومی - ایروی	—
۱۰۸	سایر تجهیزات پزشکی	۲۵	ذکر موارد ضروریست، حداقل امتیاز این بند ۲۵ محاسبه گردد	—
جمع امتیازات فصل و - تجهیزات پزشکی		۹۰۰	درصد امتیازات تکمیلی :	—
تقریرات کارشناسان بیمه :				