



ماه سوم					ماه دوم					ماه اول					شاخص های هفتگی
توضیحات	هفته اول	هفته دوم	هفته سوم	هفته چهارم	توضیحات	هفته اول	هفته دوم	هفته سوم	هفته چهارم	توضیحات	هفته اول	هفته دوم	هفته سوم	هفته چهارم	
															بررسی وضعیت شلنگ سیستم کولینگ
															بررسی عملکرد سیم پندال پایی دستگاه
															بررسی عملکرد کلید ها / دکمه ها
															بررسی صفحه نمایشگر دستگاه
															بررسی وضعیت نصب و ظاهر دستگاه
															بررسی درستی عملکرد UPS و استابلایزر
															بررسی انرژی خروجی هندپس و اطمینان از کالیبره بودن آن
															بررسی عملکرد فیبر نوری
															بررسی عملکرد سیستم اسپری کننده کرایوژن
ماه سوم					ماه دوم					ماه اول					شاخص های ماهانه
توضیحات	سالم	معیوب			توضیحات	سالم	معیوب			توضیحات	سالم	معیوب			
															بررسی وضعیت کابل برق دستگاه
															بررسی وضعیت عملکرد کلیدها/ دکمه ها
															تست انرژی خروجی هندپس و اطمینان از کالیبره بودن آن
															بررسی وضعیت فیلتر هوای سیستم کولینگ
															بررسی وضعیت عینک های مخصوص دستگاه
															بررسی عملکرد کلی دستگاه
															بررسی اتصال ارت



بسمه تعالی

نام دستگاه : لیزر پزشکی

شماره اموال:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
معاونت درمان - مدیریت تجهیزات پزشکی
فرم نگهداشت پیشگیرانه تجهیزات پزشکی مرکز آموزشی درمانی / بیمارستان.....

شاخص های شش ماهه			شش ماه اول			شش ماه دوم		
سالم	معیوب	توضیحات	سالم	معیوب	توضیحات	سالم	معیوب	توضیحات
بررسی حسگرهای انرژی دستگاه (توسط شرکت سازنده)								
شاخص های سالانه			یکسال					
سالم	معیوب		توضیحات					
بررسی و تکمیل مستندات و اقدامات انجام یافته در خصوص کالیبراسیون، سرویس جنرال (توسط شرکت سازنده) و کنترل کی توسط شرکت های دارای مجوز								

* توجه: بررسی و تکمیل شاخص های هفتگی بر عهده مسئول بخش مربوطه، شاخص های ماهانه و سالانه بر عهده کارشناس تجهیزات پزشکی مرکز می باشد.